



TECNOLOGÍA MÉDICA DIART, S.A. DE C.V.



# Guantes quirúrgicos estériles de nitrilo MTG®

Libres de Látex

Libres de Polvo

Estériles

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Tipo:** Libres de polvo y sin latex.  
Esterilizados por Radiación Gamma

### Dimensiones:

No.	Código	Código DIART	Amplitud	Longitud (mm)
5 1/2	EP-13-55	MTG-QUI-NIT-5.5	72 ± 4	278mm
6	EP-13-60	MTG-QUI-NIT-6.0	77 ± 5	280mm
6 1/2	EP-13-65	MTG-QUI-NIT-6.5	83 ± 5	280mm
7	EP-13-70	MTG-QUI-NIT-7.0	89 ± 5	283mm
7 1/2	EP-13-75	MTG-QUI-NIT-7.5	95 ± 5	287mm
8	EP-13-80	MTG-QUI-NIT-8.0	102 ± 6	288mm
8 1/2	EP-13-85	MTG-QUI-NIT-8.5	108 ± 6	290mm
9	EP-13-90	MTG-QUI-NIT-9.0	114 ± 6	290mm

### Grosor:

Grosor por posición anatómica	Pared simple (mm)
<b>Dedo</b> (a 15 mm del extremo)	0.09 ± 0.02
<b>Puño</b> (a 25mm del extremo del puño)	0.07 ± 0.02

### Propiedades Físicas:

Parámetros	Antes	Después
Fuerza de tensión (Mpa)	≥ 21	≥ 18
En 455-2 Fuerza de rompimiento (N)	≥ 12	≥ 9

### Inspección de calidad previa al envío:

Criterio	Nivel de Inspección	AQL
Dimensión	S-2	4.0
Propiedades Físicas	S-2	Mediano

**Color:** Blanco

**Diseño y características:** Mano específica, dedos anatómicamente curvados, acabado de agarre y puño.

**Empaque:** 1 par (1 derecho y 1 izquierdo) de guantes por empaque primario, 50 bolsas por dispensador, 6 dispensadores por caja.

### Conformidad del producto:

- Dispositivo Médico: en conformidad con Dispositivo
- Médico: en cumplimiento con la Directiva Europea de
- Dispositivos Médicos 93/42/EEC (CE Class II)

### Aseguramiento de la Calidad:

- US FDA Quality System Regulation (QSR)
- ISO9001 Quality Management System
- ISO13485 Quality Management System



Presentamos la última incorporación a nuestra gama de guantes quirúrgicos ...



Importado y distribuido por:



www.tmdiart.com.mx  
www.facebook.com/tmdiart  
Tels.: 0155 6586 89 01 / 0155 7098 01 18  
electrónico: contacto@tmdiart.com.mx